

MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA  
 ATENCIOSAMENTE, DEP. DE LICITAÇÃO  
 PREGAÇÃO ELETRÔNICO LEI 14.133/2021 || 1120625/2025  
 DATA DE ABERTURA: 15/07/2025 || HORÁRIO: 09:00


DATA: 15/07/2025  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS  
 PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS  
 FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO  
 CONTA: Banco do Brasil S/A | AGENCIA: 1472-9 | C/C: 111.756-4  
 PAGAMENTO: 30 DIAS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
01	<p>FOCO CIRÚRGICO MOVEL MEDPEJ FL-2000 ALP3E            Equipamentos projetados e montados seguindo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema. Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem.            Pintados em epóxi à 250° Célcius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LEDS (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuída de modo que proporcionem ao usuário equipamentos completos. Vida útil mínima esperada para os LED S de 35.000 horas e média de 50.000 horas. Controle da intensidade luminosa através de potenciômetro. Em nível mínimo, o potenciômetro desliga os LEDS.            Especificações            Tensão 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ.            Potencia 32,4W            Fusível 5 x 20 mm T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127).            Alimentação Full-range (toda a faixa) de 110 v a 230 v +- 10% 50/60hz            Iluminância é de 31.000 lux a 100 cm            Temperatura de cor: 4000 Kelvins +/- 10%.            Vida útil mínima esperada para os led's de 35.000 horas e média de 50.000 horas;            Ajuste fixo com diâmetro de foco correspondente a: "d50= 100 mm"            Atende as normas de segurança NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2.            Altura variável do holofote entre 1,50 a 1,80 m.            Conteúdo da Embalagem:            01 - Foco de Luz Auxiliar (LED) - FL 2000 ALP3E            01 - Manual de instruções            Módulo de Emergência com uma bateria de 12V X 7Ah integrado ao equipamento ou gabinete principal. A autonomia pode chegar até 5 horas aproximadamente com a luz na intensidade máxima;            Sistema de aviso sonoro quando a bateria atingir nível baixo.            Registro anvisa: 80127840019</p>	UND	2	MEDPEJ Modelo: FL-2000-ALP3E MS: 80127840018	8.689,89	17.379,78

Valor total da proposta: R\$ 17.379,78

Dezessete mil e trezentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos



Concordamos com toda as cláusulas do presente edital.  
Todos os encargos e despesas já estão inclusos nos valores.  
O objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no termo de referência.  
Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital e Anexos, relativos à licitação supra.  
Declara, sob as penas da lei, que tem condições de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como que fornecerá o material de acordo com as especificações técnicas, respeitando as condições de embalagens, prazos de validade, requisitos específicos, enfim todas as especificações.  
CONTATO PARA ASSUNTOS RELACIONADO A ESSE PREGÃO, E-MAIL: licitacao@licitacoes.londrina.br e/ou megadental@licitacoes.londrina.br

**CAROLINE DE F. THERESA LADEIRA**  
**CPF: 038.549.009-70**  
**RG: 7.071.551-1**

**CAROLINE DE FATIMA**  
**THERESA**  
**LADEIRA:03854900970**

Assinado de forma digital por CAROLINE DE  
FATIMA THERESA LADEIRA:03854900970  
Versão do Adobe Acrobat Reader:  
2025.001.20566